

Dodávka patientského zvedáku pro DS Sušice

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Dotaz uchazeče

v příloze č. 1 zadávací dokumentace uvádíte u patientského zvedáku a váhy následující parametry:

1. Maximální doba nabíjení: 4 hodiny
2. Podsvícení
3. Přesnost vážení: 100 g

Dovolujeme si požádat o upřesnění, zda bude zadavatel akceptovat:

- 1) maximální dobu nabíjení 6 hodin - Dovolujeme si uvést, že rozdíl v době nabíjení (4 vs. 6 hodin) nemá praktický vliv na provoz zařízení, protože nabíjení obvykle probíhá mimo dobu používání a delší nabíjecí cyklus může být spojen s delší životností baterie

Odpověď zadavatele:

- Z hlediska dlouhodobé praxe je doba nabíjení důležitým parametrem z důvodu zajištění provozní dostupnosti zařízení a plynulosti poskytované péče. Zadavatel proto nepřipouští prodloužení maximální doby nabíjení na 6 hodin.
- 2) váhu bez podsvícení - u váhy integrované do zvedáku nepředstavuje absence podsvícení funkční omezení – podsvícení je pouze komfortní prvek, který neovlivňuje přesnost ani bezpečnost měření

Odpověď zadavatele:

- Zadavatel připouští, že podsvícení váhy není funkční parametr a připouští nabídku váhy bez podsvícení.
- 3) Přesnost vážení 200 g představuje běžný parametr u mobilních zvedacích systémů. Pro orientační sledování hmotnosti a bezpečnou manipulaci s pacientem je plně dostačující a neovlivňuje funkcionality přístroje.

Odpověď zadavatele:

- Zadavatel potvrzuje, že pro účely orientačního sledování hmotnosti klienta je přesnost vážení 200 g dostatečná. Zadavatel proto připouští přesnost vážení 200 g.